



Kit d'étalonnage OC-Auto®

Section 1 Identification	
Nom du produit	Kit d'étalonnage OC-Auto®
Numéro de catalogue	OC80C
Utilisation recommandée	Étalonneur pour les analyseurs OC-Auto Micro 80 ET OC-Auto SENSOR DIANA
Fabriqué pour	Polymedco Cancer Diagnostic Products, LLC. 510 Furnace Dock Road Cortlandt Manor, NY 10567 www.polymedco.com
Numéro d'urgence	(800) 431-2123 ou +1 (914) 739-5400

Section 2 Identification des dangers	
Classification de danger	Ne présente aucun danger physique, sanitaire ou écologique particulier
Mention d'avertissement	Sans objet
Pictogramme	Sans objet
Mentions de danger	Sans objet
Conseils de prudence	Sans objet
Autres dangers non classés	Ce produit est dérivé de substances d'origine humaine testées et déclarées négatives pour les anticorps du virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et VIH 2), les antigènes de surface d'hépatite B (HBsAg) et les anticorps du virus de l'hépatite C (VHC). Des méthodes approuvées par la FDA ont été utilisées pour réaliser ces tests. Aucun test ne peut offrir la garantie complète qu'aucun agent infectieux n'est présent, ce produit doit donc être manipulé comme une substance potentiellement biodangereuse.

Section 3 Composition et informations sur les composants	
Caractérisation chimique	Contient de l'hémoglobine humaine
Nom chimique	Hémoglobine humaine
Synonymes	Sans objet
Numéro CAS	Sans objet
Concentration	Sans objet

Section 4 Premiers soins	
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :	Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin.
EN CAS D'INGESTION :	Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D'INHALATION :	En cas de gêne respiratoire, porter la victime à l'air frais et la maintenir au repos, dans une position confortable pour respirer. En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.



Kit d'étalonnage OC-Auto[®]

Section 5 Mesures à prendre en cas d'incendie	
Point d'éclair	Sans objet
Limites d'inflammabilité	Sans objet
Température d'auto-ignition	Sans objet
Moyen d'extinction	Utiliser un moyen d'extinction approprié à l'incendie environnant
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion	Aucun risque spécial déterminé
Produits de combustion dangereux	Aucun risque spécial déterminé
Équipement de protection pour les pompiers	Un appareil respiratoire autonome est recommandé pour les pompiers

Section 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel	
Précautions personnelles	Porter des vêtements, des gants et un masque oculaire de protection.
Procédures d'urgence	Aucune procédure d'urgence particulière n'est requise.
Procédures de confinement	Contenir les déversements afin d'éviter toute migration.
Procédures de nettoyage	Utiliser une substance absorbante adaptée pour absorber le déversement. Décontaminer la zone de déversement à l'aide d'eau de javel ou de tout autre désinfectant adapté.

Section 7 Manutention et stockage	
Manipulation et stockage	Éviter toute inhalation, toute ingestion et tout contact avec les yeux ou la peau.
Conditions de stockage recommandées	2 - 8 °C
Incompatibilités	Aucune détermination

Section 8 Contrôles de l'exposition / protection individuelle	
Limites d'exposition :	
OSHA	Aucune détermination
ACGIH	Aucune détermination
Moyens mécaniques	Ventilation normale de la pièce
Protection respiratoire	Ventilation normale de la pièce
Protection des yeux	Porter des lunettes de sécurité pour éviter tout contact avec les yeux.
Protection de la peau	Porter des gants et des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec la peau.



Kit d'étalonnage OC-Auto®

Section 9 Propriétés physiques et chimiques		
	Étalonneur	Diluant
Aspect	Liquide sec légèrement marron	Solution transparente
Odeur	Inodore	Inodore
Seuil d'odeur	Aucune détermination	Aucune détermination
pH	Non disponible	7,0 – 9,0
Point de fusion/Point de gel	Sans objet	Env. 0 °C
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition	Sans objet	Env. 100 °C
Point d'éclair	Sans objet	Sans objet
Vitesse d'évaporation	Sans objet	Aucune détermination
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune détermination	Sans objet
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune détermination	Sans objet
Pression de vapeur	Sans objet	Aucune détermination
Densité de vapeur	Sans objet	Aucune détermination
Densité relative	Aucune détermination	Aucune détermination
Solubilité	Soluble dans l'eau	Soluble dans l'eau
Coefficient de partage	Aucune détermination	Aucune détermination
Température d'auto-ignition	Aucune détermination	Aucune détermination
Température de décomposition	Aucune détermination	Aucune détermination
Viscosité	Aucune détermination	Aucune détermination

Section 10 Stabilité et réactivité	
Stabilité	Stable à des températures et pressions ambiantes normales.
Stabilisateurs requis	Sans objet
Problèmes de sécurité avec le changement d'aspect physique	Aucune détermination
Réactions dangereuses	Aucune détermination
Polymérisation dangereuse	Ne polymérise pas
Incompatibilités	Aucune détermination
Produits de décomposition dangereux	Aucune détermination
Conditions à éviter	Aucune détermination



Kit d'étalonnage OC-Auto®

Section 11 Données toxicologiques	
Informations sur les voies et les effets d'exposition probables (effets à court/long terme) :	
Inhalation	Aucune identifiée
Ingestion	Aucune identifiée
Contact avec la peau	Aucune identifiée
Contact avec les yeux	Aucune identifiée
Toxicité (LD50/LC50)	Non disponible
Sensibilisation	Non disponible
Carcinogénicité	Non disponible
Toxicité reproductive	Non disponible
Tératogénicité	Non disponible
Mutagénicité	Non disponible

Section 12 Données écologiques	
Écotoxicité	Aucune détermination
Persistance/dégradabilité	Aucune détermination
Potentiel de bioaccumulation	Aucune détermination
Mobilité dans le sol (absorption/infiltration)	Aucune détermination
Devenir dans l'environnement	Aucune détermination
Potentiel de dégradation de la couche d'ozone	Aucune détermination
Potentiel de création d'ozone pétrochimique	Aucune détermination
Potentiel de perturbation endocrinienne	Aucune détermination
Potentiel de réchauffement de la planète	Aucune détermination

Section 13 Données sur l'élimination	
Conteneurs d'élimination	Contrôles : conteneurs étanches marqués du symbole de biodanger.
Méthodes d'élimination	Éliminer les substances de source humaine avec les déchets biodangereux ou médicaux. Éliminer dans le respect des règlements fédéraux, nationaux et locaux. En cas de doute sur les exigences applicables, contacter les autorités pour informations.
Propriétés susceptibles d'affecter l'élimination	Substance potentiellement biodangereuse ; éliminer avec des déchets biodangereux ou médicaux
Élimination dans les égouts	Ne pas éliminer le produit dans les égouts.
Précaution pour les décharges ou l'incinération	Éliminer les substances avec les déchets biodangereux ou médicaux.



Kit d'étalonnage OC-Auto®

Section 14 Informations relatives au transport	
Numéro UN	Non réglementé
Nom d'expédition UN valide	Non réglementé
Classe de danger de transport	Non réglementé
Groupe de conditionnement	Non réglementé
Danger pour l'environnement	Aucun identifié
Conseils pour le transport en vrac	Aucune exigence particulière
Précautions particulières de transport	Aucune identifiée

Section 15 Informations sur la réglementation	
OSHA	Ce produit n'est pas couvert par la définition d'une substance dangereuse conformément au 29 CFR 1910.2000
TSCA	Non listé
SARA	
302	Sans objet
311/312	Aucun danger
313	En dessous des niveaux seuils de rapport
Proposition de Californie 65	Non listé
Canada DSL/NDSL	Non listé
Classe WHMIS	Sans objet
Ces informations n'ont pas pour objet de fournir une liste complète des réglementations relatives au produit et les réglementations listées sont soumises à changement. Il appartient à l'utilisateur de respecter toutes les réglementations locales, départementales et nationales/fédérales lors de la manipulation du produit.	

Section 16 Autres informations			
Classes NFPA :		Classes HMIS :	
Santé	0	Santé	0
Inflammabilité	0	Inflammabilité	0
Réactivité	0	Réactivité	0
Dangers physiques	Potentiel biodangereux	Équipement de protection	B
Date de préparation	2 décembre 2014		
Date de la dernière révision	26 février 2015		
Les informations contenues dans cette FDS sont réputées exactes et complètes au moment de la révision. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie et Polymedco n'assume aucune responsabilité légale suite à leur utilisation. L'utilisateur de nos produits est tenu de respecter toute législation et toute directive applicable.			